

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

CNPJ: 95.952.230/0001-67**Telefone:** (47) 3547-0179**Endereço:** Praça da Independência, 25 - Centro**CEP:** 89178-000 - Braço do Trombudo

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 12/2024

Processo Adm.: 12/2024**Data do Processo:** 21/02/2024**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 12/2024
b) **Nr. Licitação:** 12/2024 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:**
e) **Objeto da Licitação:** *Contratação empresa(s) para eventuais aquisições de equipamentos do tipo PHMETRO DE BANCADA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO.*

Participante: ALFAKIT EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Phmetro de bancada - Com as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none"> Parâmetros: ph, Mv e temperatura; Faixa de medição: ph 0 a 14; Resolução: ph 0,01; Faixa de medição temperatura: 0 a 60°C (no mínimo); Resolução de temperatura 0,1°C; Compensação de temperatura manual; Alimentação a bateria; Calibração em três pontos (conforme solução tampão); Precisa acompanhar os equipamentos os seguintes itens: <ul style="list-style-type: none"> Solução de KCl (no mínimo 100ml) para a conservação do eletrodo; Soluções tampão para ph 4,0 e 7,0 e 10,0 (mínimo 100ml cada); Um eletrodo para medição de ph; Um eletrodo para medição de temperatura. 	2,000	UND	2.303,90	4.607,80

Total do Participante: 4.607,80**Total Geral: 4.607,80**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da ETA	03.004.17.512.0007.2016.3.3.90.00.00	R\$ 4.607,80

Braço do Trombudo, 29/02/2024

.....
Marcia Vermoehlen Felipe.....
Assinatura do Responsável